

ISTRUZIONI D'USO

Art. GK510

GINOCCHIERA IMMOBILIZZANTE

Grazie per aver scelto NewellMed, sinonimo di qualità e competenza nel settore ortopedico. Leggere attentamente le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del presidio.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

indicata nel post operatorio / immobilizzazione ginocchio

PRECAUZIONI D'USO

-Posizionare il tutore senza esercitare pressioni eccessive ed evitando l'applicazione su parti che presentino ferite o eccessivi gonfiori.

-Per ogni dubbio applicativo rivolgersi al Tecnico Ortopedico di fiducia.

-Si consiglia di indossare il dispositivo lontano da fiamme libere.

- Si consiglia la sostituzione del dispositivo quando si presenta usura o logorio anche parziale.

MANUTENZIONE

-Lavaggio a mano con temperature max 30° utilizzando sapone neutro.

-Non candeggiare

-Non stirare

-Asciugare lontano da fonti di calore e conservare in luoghi freschi



APPLICAZIONE

- 1) Posizionare il dispositivo sull'arto da immobilizzare centrando la sagomatura centrale sulla rotula.
- 2) Fermare il tutore chiudendo il cinturino di velcro sopra la rotula e successivamente tensionare gli altri cinturini da coscia a polpaccio.
- 3) Ritensionare il cinturino sopra la rotula. Il presidio deve risultare aderente all'arto ma non costrittivo. N.B. Prima dell'applicazione del tutore il tecnico Ortopedico o il Medico deve calibrare la larghezza del tutore mediante i pannelli laterali regolabili. Se necessario modellare anche le stecche posteriori.

NOTE ED AVVERTENZE

Dispositivo medico di Classe I, fabbricato dalla Contel S.r.l. nella sua sede Strada delle Brigole, 46 23877 paderno d'Adda (LC) Italia in conformità alla Direttiva UE 745/2017

Per l'utilizzo di questo dispositivo è consigliabile consultare un tecnico ortopedico od il medico curante per evitare ogni controindicazione. Il giusto funzionamento del tutore e conseguente ad una corretta applicazione. Si consiglia l'utilizzo personale del prodotto. In caso di malfunzionamento rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia o contattare direttamente Contel S.r.l.. L'azienda non risponde in caso di uso improprio



ISTRUZIONI D'USO

Art. GK510

GINOCCHIERA IMMOBILIZZANTE

Grazie per aver scelto NewellMed, sinonimo di qualità e competenza nel settore ortopedico. Leggere attentamente le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del presidio.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

indicata nel post operatorio / immobilizzazione ginocchio

PRECAUZIONI D'USO

-Posizionare il tutore senza esercitare pressioni eccessive ed evitando l'applicazione su parti che presentino ferite o eccessivi gonfiori.

-Per ogni dubbio applicativo rivolgersi al Tecnico Ortopedico di fiducia.

-Si consiglia di indossare il dispositivo lontano da fiamme libere.

- Si consiglia la sostituzione del dispositivo quando si presenta usura o logorio anche parziale.

MANUTENZIONE

-Lavaggio a mano con temperature max 30° utilizzando sapone neutro.

-Non candeggiare

-Non stirare

-Asciugare lontano da fonti di calore e conservare in luoghi freschi



APPLICAZIONE

- 1) Posizionare il dispositivo sull'arto da immobilizzare centrando la sagomatura centrale sulla rotula.
- 2) Fermare il tutore chiudendo il cinturino di velcro sopra la rotula e successivamente tensionare gli altri cinturini da coscia a polpaccio.
- 3) Ritensionare il cinturino sopra la rotula. Il presidio deve risultare aderente all'arto ma non costrittivo. N.B. Prima dell'applicazione del tutore il tecnico Ortopedico o il Medico deve calibrare la larghezza del tutore mediante i pannelli laterali regolabili. Se necessario modellare anche le stecche posteriori.

NOTE ED AVVERTENZE

Dispositivo medico di Classe I, fabbricato dalla Contel S.r.l. nella sua sede Strada delle Brigole, 46 23877 paderno d'Adda (LC) Italia in conformità alla Direttiva UE 745/2017

Per l'utilizzo di questo dispositivo è consigliabile consultare un tecnico ortopedico od il medico curante per evitare ogni controindicazione. Il giusto funzionamento del tutore e conseguente ad una corretta applicazione. Si consiglia l'utilizzo personale del prodotto. In caso di malfunzionamento rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia o contattare direttamente Contel S.r.l.. L'azienda non risponde in caso di uso improprio





USER GUIDE

Art. GK510

IMMOBILIZING KNEE BRACE

Thank you for choosing NewellMed synonym of quality and competence in orthopedic field. Please read the following instruction carefully for a correct use of the product.

THERAPEUTIC INDICATIONS

Reccomended in post-operative-period/knee immobilization

PRECAUTIONS FOR USE

-Position the support without exerting too much pressure and avoiding the application on injured or excessive swelling.

-For any question, please contact the Orthopaedic Technician.

-It's not raccomended to wear the support near open flames

-It is raccomended to replace the device when there is wear or tear, even partial

MAINTENANCE

-hand washing with maximum temperature 30° using mild soap.

-Don't bleach.

-Don't iron.

-Dry away from direct heat sources and sotre in a cool place.



APPLICATION INSTRUCTION

- 1) Place the brace on the limb that need to be immobilized , centring the shaping at the kneecap.
- 2) Fasten the orthosis, closing the velcro strap on the patella, then fasten the other velcro straps starting from the thigh to the calf.
- 3) Re-adjust the velcro strap on the patella . The brace has to adhere to the limb but no too tigh
N.B. Before putting on the brace, the Orthopaedic Technician has to adjust the width of the brace trough adjustable lateral panels.
If necessary, mold the back splints.

NOTES AND WARNINGS

Class I medical device, manufactured by Contel S.r.l. at its headquarters in Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italy in accordance with Directive UE 745/2017

For the use of this device is advisable to consult a doctor or orthopedic technician to avoid any contraindications.

The proper functioning of the brace is the result of a correct application We reccomend personal use of the product.

In case of malfunction contact your local dealer or contact Contel S.r.l.. The company is not liable for misure of the product.



USER GUIDE

Art. GK510

IMMOBILIZING KNEE BRACE

Thank you for choosing NewellMed synonym of quality and competence in orthopedic field. Please read the following instruction carefully for a correct use of the product.

THERAPEUTIC INDICATIONS

Reccomended in post-operative-period/knee immobilization

PRECAUTIONS FOR USE

-Position the support without exerting too much pressure and avoiding the application on injured or excessive swelling.

-For any question, please contact the Orthopaedic Technician.

-It's not raccomended to wear the support near open flames

-It is raccomended to replace the device when there is wear or tear, even partial

MAINTENANCE

-hand washing with maximum temperature 30° using mild soap.

-Don't bleach.

-Don't iron.

-Dry away from direct heat sources and sotre in a cool place.



APPLICATION INSTRUCTION

- 1) Place the brace on the limb that need to be immobilized , centring the shaping at the kneecap.
- 2) Fasten the orthosis, closing the velcro strap on the patella, then fasten the other velcro straps starting from the thigh to the calf.
- 3) Re-adjust the velcro strap on the patella . The brace has to adhere to the limb but no too tigh
N.B. Before putting on the brace, the Orthopaedic Technician has to adjust the width of the brace trough adjustable lateral panels.
If necessary, mold the back splints.

NOTES AND WARNINGS

Class I medical device, manufactured by Contel S.r.l. at its headquarters in Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italy in accordance with Directive UE 745/2017

For the use of this device is advisable to consult a doctor or orthopedic technician to avoid any contraindications.

The proper functioning of the brace is the result of a correct application We reccomend personal use of the product.

In case of malfunction contact your local dealer or contact Contel S.r.l.. The company is not liable for misure of the product.

